

Meszny, dn. 06.08.2018

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/Madonis/2018 dla projektu pn. „Utworzenie centrum B+R w firmie Madonis mającego na celu opracowywanie innowacyjnych preparatów z zakresu przemysłu chemicznego i kosmetycznego”, dla którego Zamawiający otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W odpowiedzi na pytania Oferenta do powyższego zapytania ofertowego (dot. poz. 3.2.6 Chłodziarko-zamrażarka – 1 szt.) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami poniżej:

#### Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę z wnętrzem ze stali nierdzewnej, obudowa urządzenia biała z antybakteryjną powłoką?

#### Odpowiedź:

Nie dopuszczamy chłodziarko-zamrażarki z wnętrzem ze stali nierdzewnej. Ponadto powłoka antybakteryjna powinna być również wewnątrz lodówki.

  
Józef Klimoczak  
Prezesa Zarządu

Daniel Kacyna  
  
Prokurent